



**ЗАВОД ЗА СПОРТ И МЕДИЦИНУ СПОРТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

SERBIAN INSTITUTE OF SPORT AND SPORTS MEDICINE



број: **01-2485/4-1**
датум: **06.07.2020.**

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закона) Комисија Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије (у даљем тексту: Наручилац) у поступку јавне набавке добара број ЈНО 06/20 - „Набавка апарата за потребе Сектора медицине спорта“ даје

Појашњење конкурсне документације

1. Питање заинтересованог лица:

У партији број 1. тачком 10) захтевате следеће: „Анализатор гаса за кисеоник (O₂) . парамагнетски. Молимо Наручиоца да појсани и ближе опише потребне карактеристике анализатора (опсег мерења, прецизност, временски одзив...) како би могли закључити због чега Наручилац наводи парамагнетски анализатор као једину опцију анализатора гаса за кисеоник, а посебно имајући у виду да и други типови анализатора, са или без временски ограничене употребе (хемијски, ултразвучни, цирконијумски...) могу дати боље карактеристике и савременија решења.

1. Одговор комисије наручиоца:

Определили смо се за парамагнетски анализатор O₂ имајући у виду искуство дуже од 15 година у раду са овом врстом анализатора. Ова врста анализатора се показала као најпоузданија када се узму у обзир прецизност, дуготрајност и финансијски трошкови одржавања.

Имамо искуства и са другим врстама анализатора O₂, али се у нашим условима рада где се примењују специфични протоколи тестова за врхунске спортисте који захтевају велике брзине траке(велика оптерећења)и велике вентилаторне волумене који досежу и 220 л/мин нису показали поузданим.

2. Питање заинтересованог лица:

У партији број 1. Тачком 11) захтевате следеће: „Турбина: дигитална, већег дијаметра (оптимално 28 мм), велики вентилаторни опсег: оптимално до 300 л/мин.

Молимо Наручиоца да тачку 11) где описује техничко решење пнеумотахо сензора за мерење протока, наводећи да потражује „турбина: дигитална, већег дијаметра (оптимално 28 мм)“ измени тако што ће дозволити и еквивалентна решења која би задовољила потребне техничке карактеристике (опсег мерења, прецизност мерења, вентилаторни опсег).

2. Одговор комисије Наручиоца:

Параметри који су у конкурсној документацији наведени, захтевани су из разлога што се показало да у ергоспирометријским тестовима код врхунских спортиста, јако битан фактор је дијаметар турбине, јер код мањих дијаметара турбине искуство показује да спортисти имају субјективни осећај недостатка ваздуха и тестове прекидају пре достизања параметара максималног теста.

3. Питање заинтересованог лица:

На страни 4. Конкурсне документације тачком 1) позицијом 4. Се дефинише да понуђач искључиво за апарат који нуди у партији број 1. Има важећу дозволу Министарства здравља.

Молимо наручиоца да појасни да ли и потраживана трака-тредмил која ће се како наводи Наручилац „највише примењивати током прогресивних медицинских протокола и праћења стања кардиореспираторног система“ као неспорно медицинско средство мора бити понуђено са важећом дозволом за стављање у промет од стране надлежног органа.

Посебно указујемо да и у партији 1. и у партији 2. Медицинска средства која су предмет јавне набавке морају да поседују дозволу за стављање у промет, издату од стране Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије.

Молимо Наручиоца да појасни и да ли је под захтевао важећу дозволу за стављање у промет издату од стране Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије.

3. Одговор комисије Наручиоца:

Тредмил трака поменута јавном набавком ЈН није неопходно да поседује одобрење АЛИМСА-а , захтев се односи само на ергоспирометријску јединицу. Поменути апарат предствља спортску опрему која је намењена и за потребе протокола колега из Сектора за стручни и развојноистраживачки рад у спорту.

4. Питање заинтересованог лица:

У партији број 2. тачка 2) захтевате следеће: „брзина траке 0-25 км/ч, опционо до 30 км/ч.“

Молимо Наручиоца да прецизно дефинише предмет јавне набавке и јасно дефинише коју потребну брзину трака мора да поседује, односно шта подразумева под термином опционо? Да ли опционо подразумева факултативну или обавезујућу техничку карактеристику?

4. Одговор комисије Наручиоца:

У партији 2, тачком 2 захтевана је брзина траке 0-25км/х што је неопходно да испуњава, опционо до 30 км/х подразумева да се не захтева обавезно, али може бити предност при одлучивању (одређене атлетске дисциплине при тестирању захтевају ове брзине траке).

5. Питање заинтересоваог лица:

У Партији број 2/тачком 3) захтевате следеће: „позитивна елевација 0-24%, опционо 28%“.

Молимо Наручиоца да прецизно дефинише предмет јавне набавке и јасно дефинише коју потребну позитивну елевацију трака мора да поседује, односно шта подразумева под термином опционо? Да ли опционо подразумева факултативну или обавезујућу техничку карактеристику?

5. Одговор комисије Наручиоца:

У партији 2, тачком 3 захтевана је позитивна елевација 0-24% што је обавезујуће, опција од 28% није обавезујућа, али може бити предност при одлучивању.

6. Питање заинтересованог лица:

У партији број 2. тачком 6) захтевате следеће: „садржи програмибилну контролну јединицу са екраном осетљивим на додир“. Да ли ћете прихватити да се у партији број 2. Под тачком 6) понуди трака-третмил који садржи програмибилну контролну јединицу са екраном или тастатуром осетљивом на додир?

6. Одговор комисије Наручиоца:

У партији 2 под тачком 6, захтевана је програмибилна контролна једица са екраном осетљивим на додир, што не искључује и могућност тастатуре осетљиве на додир (опција ће се сматрати адекватном).

7. Питање заинтересованог лица:

У партији број 2. Тачком 8) захтевате следећу: „PC232 и УСБ прикључци за повезивање са периферним уређајима произвођача али обавезно компатибилна са ергометријским уређајима Шилер, Космед, Јегер“.

Да ли ћете прихватити да се у партији 2. Под тачком 8) понуди трака-третмил који садржи PC232 и/или УСБ прикључке за повезивање са периферним уређајима произвођача али обавезно компатибилна са ергоспирометријским уређајима Шилер, Космед, Јегер?

7. Одговор комисије Наручиоца:

У партији 2, тачком 8 захтевани су прикључци RS232 I USB за повезивање са периферним уређајима .Трака мора имати RS 232 прикључак , уколико има више портова опционо је да један буде USB или USB/RS232 .

За сва даља питања, стојимо Вам на располагању.
Комисија за јавну набавку добара ЈНО 06/20

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН објавити на:

- порталу ЈН;
- интернет страници Наручиоца.